

L'impianto di chiamata e comunicazione ospedaliera Efe-Comlite è conforme alle seguenti normative europee:

DIN VDE 0100	Disposizioni per l'installazione di impianti ad alta tensione con valori nominali fino a 1000 V
DIN VDE 0107	Impianti ad alta tensione in ospedali e spazi ad uso medico extraospedalieri
DIN VDE 0834	Tecnica di chiamata a segnale luminoso; impianti per ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistite, case di riposo per anziani e carceri. Ispezione e controllo massimo ogni 3 mesi.
EN 61000-6-3	Compatibilità elettromagnetica *) Norma generica sull'Emissione
EN 61000-6-2	Compatibilità elettromagnetica *) Norma generica sull'Immunità
DIN EN 60950 (VDE 0805)	Sicurezza dei dispositivi nella tecnica di trasmissione dati
DIN EN 793	Installazioni di apparecchiature elettromedicali

*) In Europa, il rispetto di queste norme è presupposto fondamentale ed imprescindibile per ottenere l'approvazione CE e per poter distribuire sul mercato apparecchiature elettriche. Non è necessario sottolineare l'applicazione di queste normative. E' compito dell'Ufficio Centrale per le Telecomunicazioni, in qualità di organo di controllo, la sorveglianza al rispetto delle normative vigenti e la presa in visione dei relativi documenti.